

专家签到表

序号	姓名	单位	身份证号	联系电话
1	李国记	郑州市人民医院	220104197106141316	13838133582
2	张石华	河南省肿瘤医院	410105196112110045	13643814156
3	李国记	郑州市人民医院	4101051976308201046	15837126119
4				
5				

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 李国用	
	职称： 主任医师	
	工作单位： 郑州市人民医院	
项目信息	项目名称： 河南大学淮河医院麻醉科呼吸末二氧化碳监测模块采购项目	
	供应商名称： 河南再创医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	采购人所采购的呼吸末二氧化碳监测模块用于本医院重症监护、麻醉手术之重症监护设备，为保证麻醉患者安全、急救重症抢救的及时性有效性，所采购模块必须配置。采购人现有深圳迈瑞重症监护设施设备，才能确保兼容性、稳定性和安全，其他产品暂不具备与采购人现有设备的有效衔接。同意单一来源方式采购。	
专业人员签字	李国用	日期：2024年 6 月 6 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 李进前	
	职称： 高级	
	工作单位： 郑州大学第二附属医院	
项目信息	项目名称： 河南大学淮河医院麻醉科呼吸末二氧化碳监测模块采购项目	
	供应商名称： 河南再创医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	论证： 该院麻醉科需完善呼吸末二氧化碳监测模块采购项目。通过与现有深圳迈瑞品牌的心监护仪配套使用，但为专用附件。其他品牌的呼吸末二氧化碳监测模块不能对接使用，具有唯一性。 基于以上原因，该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条中第一款之规定，同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	李进前	日期：2024年6月6日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：张丽萍	
	职称：教授	
	工作单位：河南中医药大学三附院	
项目信息	项目名称：河南大学淮河医院麻醉科呼吸末二氧化碳监测模块采购项目	
	供应商名称：河南再创医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	单一来源采购论证：呼吸末CO₂监测模块是病人监护仪的配套附件，需配合肺醒现有迈瑞品牌监护仪使用，呼吸末CO₂监测模块为专机专用附件配件，其它品牌CO₂监测模块均不能完全对接使用，只有专机专用配套设备才能满足采购方需求。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，符合单一来源采购要求。	
专业人员签字	张丽萍	日期：2024年6月6日