



专家二论证 意见	该采购的奥林巴斯电子支气管镜，需配套购置好支 气管镜套，因不同品牌工作原理、技术参数要 求不同，其内镜设备不能够互相兼容，难以保证 原有数量装置的使用。根据单一来源采购原 则（奥林巴斯品牌）电子支气管镜一套，符合《国家 政府采购法》的规定，同意单一来源方式采购。
	日期：2025 年 07 月 17 日
	专家签字：
	工作单位：河南中医药大学
专家三论证 意见	该项目为电子支气管镜的采购，并与 医院现有奥林巴斯主机配套使用，因其 它品牌的电子支气管镜不能与现有主 机兼容匹配。现申请采购的奥林巴 斯电子支气管镜与原主机配套使用，符 合政府采购法的相关规定，同意采用 单一来源的方式进行采购。
	日期：2025 年 07 月 17 日
	专家签字：
	工作单位：河南中医药大学