

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	河南大学淮河医院
项目预算	785000 元
项目名称	河南大学淮河医院单气囊电子小肠内窥镜系统采购项目
项目背景及单一来源采购理由	消化科拟开展小肠检查及胆肠吻合术后的胆总管取石、小肠出血内镜下治疗，需新增小肠镜设备 1 条。目前科室使用的消化内镜主机为奥林巴斯及宾得两个品牌，奥林巴斯公司目前有单气囊小肠镜，而宾得公司没有小肠镜。因为市场上各品牌内镜设备因技术开发路径、核心工作原理存在差异，无法实现跨品牌兼容适配，为保障设备与原有主机的一致性，确保临床操作的稳定性与连贯性，同时最大程度降低设备采购成本（避免重复购置主机等配套设备），拟采购奥林巴斯牌单气囊电子小肠镜 1 条，与现有主机直接配套使用。 该采购需求符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条中“只能从唯一供应商处采购”的相关规定，故特申请采用单一来源方式进行采购。
专家论证意见	经论证采购方拟诊疗所需单气囊电子小肠内窥镜目前只有奥林巴斯公司有单气囊小肠镜与采购方现有设备兼容匹配，为确保诊疗新的稳定性和可操作性，同意单一来源。 姓名：张迎春 职务/职称：教授 工作单位：河南中医药大学 联系电话：13643814156
备注	专家论证意见栏须手写填入，专家人数为三人（其中进口产品为五人，须包含一名法律专家）发上单数，此表每位专家填写一张。

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	河南大学淮河医院
项目预算	785000 元
项目名称	河南大学淮河医院单气囊电子小肠内窥镜系统采购项目
项目背景及单一来源采购理由	消化科拟开展小肠检查及胆肠吻合术后的胆总管取石、小肠出血内镜下治疗，需新增小肠镜设备 1 条。目前科室使用的消化内镜主机为奥林巴斯及宾得两个品牌，奥林巴斯公司目前有单气囊小肠镜，而宾得公司没有小肠镜。因为市场上各品牌内镜设备因技术开发路径、核心工作原理存在差异，无法实现跨品牌兼容适配，为保障设备与原有主机的一致性，确保临床操作的稳定性与连贯性，同时最大程度降低设备采购成本（避免重复购置主机等配套设备），拟采购奥林巴斯牌单气囊电子小肠镜 1 条，与现有主机直接配套使用。 该采购需求符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条中“只能从唯一供应商处采购”的相关规定，故特申请采用单一来源方式进行采购。
专家论证意见	本项目拟购的单气囊电子小肠内窥镜系统因目前市场上品牌难以适用，适宜采用单一来源方式采购。 姓名： 吉振强 工作单位： 河南省社保局 职务/职称： 高工 联系电话： 13643816326
备注	专家论证意见栏须手写填入，专家人数为三人（其中进口产品为五人，须包含一名法律专家）发上单数，此表每位专家填写一张。

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	河南大学淮河医院
项目预算	785000 元
项目名称	河南大学淮河医院单气囊电子小肠内窥镜系统采购项目
项目背景及单一来源采购理由	消化科拟开展小肠检查及胆肠吻合术后的胆总管取石、小肠出血内镜下治疗，需新增小肠镜设备 1 条。目前科室使用的消化内镜主机为奥林巴斯及宾得两个品牌，奥林巴斯公司目前有单气囊小肠镜，而宾得公司没有小肠镜。因为市场上各品牌内镜设备因技术开发路径、核心工作原理存在差异，无法实现跨品牌兼容适配，为保障设备与原有主机的一致性，确保临床操作的稳定性与连贯性，同时最大程度降低设备采购成本（避免重复购置主机等配套设备），拟采购奥林巴斯牌单气囊电子小肠镜 1 条，与现有主机直接配套使用。 该采购需求符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条中“只能从唯一供应商处采购”的相关规定，故特申请采用单一来源方式进行采购。
专家论证意见	该项目拟采购的奥林巴斯牌单气囊电子小肠镜，系与现有奥林巴斯主机直接配套使用的设备。因为市场上各品牌内镜设备因技术开发路径、核心工作原理的差异，无法实现跨品牌兼容适配，为保障设备与原有主机的一致性，确保临床操作的稳定性与连贯性，又最大程度的降低设备采购成本，同意进行单一来源采购。 姓名：王秀玲 工作单位：河南省胸科医院 职务/职称：主任护士 联系电话：13673970038
备注	专家论证意见栏须手写填入，专家人数为三人（其中进口产品为五人，须包含一名法律专家）发上单数，此表每位专家填写一张。