



单一来源采购专家论证意见

专业人员信息	姓名: 单国用	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 郑州市人民医院	
项目信息	项目名称: 河南大学淮河医院电子支气管内窥镜(儿童)采购项目	
	供应商名称: 河南椰宁商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p style="text-align: center;"> 采购所采购的电子支气管内窥镜(儿童)因与配套采购的现有 PENTAX 主机进行儿童呼吸道检查诊治。目前各品牌之间互不兼容, 软硬件无法互联互通, 也不能保证设备正常运行。该设备采购符合《中华人民共和国政府采购法》有关单一来源采购条件。该设备唯一供应商为河南椰宁商贸有限公司, 同意单一来源采购。 </p>	
专业人员签字		日期 2016年 6 月 22日

单一来源采购专家论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李思伟</u>	
	职称: <u>高级</u>	
	工作单位: <u>郑大二附院</u>	
项目信息	项目名称: 河南大学淮河医院电子支气管内窥镜(儿童)采购项目	
	供应商名称: 河南椰宁商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>该院现有宾得主机一套, 拟扩户业务需购置电子支气管内窥镜(儿童)一条。因基地品牌设备又难兼容, 为保证流有兼容性的一致吃, 只能从河南唯一供应商「河南椰宁商贸有限公司」采购, 具有唯一性。</p> <p>综上所述, 该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定, 同意采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	<u>李思伟</u>	日期 2026年 4月 22日

单一来源采购专家论证意见

专业人员信息	姓名: 李心林	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 河南省肿瘤医院	
项目信息	项目名称: 河南大学淮河医院电子支气管内窥镜(儿童)采购项目	
	供应商名称: 河南椰宁商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p style="font-size: 1.2em;">由于各品牌内窥镜分为主机及附件 附件又分为电源线及脚踏分为通用及 该院以前主机. 所用电源线及脚踏各规格 规格不同. 各品牌无法通用. 符合 政府采购法第三十一条第(四)项 单一来源进行采购.</p>	
专业人员签字		日期 2016 年 4 月 22 日