

附件：

单一来源采购专家论证意见		
专业人员信息	姓名：	梁淑方
	职称：	高工
	工作单位：	河南省医疗器械检验所
项目信息	项目名称：	河南大学淮河医院超声电子上消化道内窥镜采购项目
	项目金额：	165 万元
	供应商名称：	开封市杉水商贸有限公司
专业人员论证意见	本次采购是采购日本潘太科斯元机配查的超声电子上消化道内窥镜。根据《医疗器械监督管理办法》必须购买经机同一厂家生产的产品。其他厂家生产的产品也不兼容该主机。该项目符合《政府采购法》第三十一条第一款的要求。开封市杉水商贸有限公司是该产品的唯一授权商。只能从该处购买。同意该项目按单一来源方式采购。	
专业人员签字	梁淑方	日期 2016 年 9 月 10 日

单一来源采购专家论证意见

专业人员信息	姓名:	许世明
	职称:	主管技师
	工作单位:	河南省肿瘤医院
项目信息	项目名称:	河南大学淮河医院超声电子上消化道内窥镜采购项目
	项目金额:	165 万元
	供应商名称:	开封市杉水商贸有限公司
专业人员论证意见	本项目系统原有品牌为潘太克斯(PENTAX)超声电子内窥镜系统, 现需增加超声电子上消化道内窥镜一套, 因新增产品需与原系统接口匹配, 其新产品品牌无法正常接入主机系统, 经系统一事经系统。	
专业人员签字	许世明	日期 2026 年 10 月 10 日

单一来源采购专家论证意见

专业人员信息	姓名: 葛文胜	
	职称: 高工	
	工作单位: 河南中医药大学发展中心	
项目信息	项目名称: 河南大学淮河医院超声电子上消化道内窥镜采购项目	
	项目金额: 165 万元	
	供应商名称: 开封市杉水商贸有限公司	
专业人员论证意见	该项目需配与本PENTAX主机相兼容的超声电子内窥镜一条。从医疗器械使用合规性角度看,所配内窥镜无合规风险,而其它厂家的产品在安全合规性方面存在隐患,鉴于此,建议购买原厂内窥镜,同时单一来源采购。	
专业人员签字	葛文胜	日期 2021年 10 月 10 日