

附件：

单一来源采购专家论证意见

|          |                                                                                                                                                     |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 专业人员信息   | 姓名：                                                                                                                                                 | 梁敬文                 |
|          | 职称：                                                                                                                                                 | 高工                  |
|          | 工作单位：                                                                                                                                               | 河南省医疗器械检验所          |
| 项目信息     | 项目名称：                                                                                                                                               | 河南大学淮河医院高清电子胃肠镜采购项目 |
|          | 项目金额：                                                                                                                                               | 220 万元              |
|          | 供应商名称：                                                                                                                                              | 上海英兆实业有限公司          |
| 专业人员论证意见 | <p>本次采购属于购买电子胃肠镜配套产品的项目。根据《医疗器械使用监督管理办法》的要求，必须购买原厂家生产的电子胃肠镜配套产品，其他厂家生产的电子胃肠镜配件，不符合《政府采购法》第五十一条第一款的规定。上海英兆实业股份有限公司是唯一供应商，只能从该处购买。同意该项目按单一来源方式采购。</p> |                     |
| 专业人员签字   | 梁敬文                                                                                                                                                 | 日期2016年 10月 10日     |

单一来源采购专家论证意见

|          |                                                                                |                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 专业人员信息   | 姓名:                                                                            | 谢世明                 |
|          | 职称:                                                                            | 主任医师                |
|          | 工作单位:                                                                          | 河南省肿瘤医院             |
| 项目信息     | 项目名称:                                                                          | 河南大学淮河医院高清电子胃肠镜采购项目 |
|          | 项目金额:                                                                          | 220 万元              |
|          | 供应商名称:                                                                         | 上海英兆实业有限公司          |
| 专业人员论证意见 | <p>项目采购部位原有奥林巴斯电子胃肠镜系统，现需增加电子鼻镜、电子结肠镜。因需安插原系统接口匹配，其主品牌产品无法接入主机系统，同意单一来源采购。</p> |                     |
| 专业人员签字   | 谢世明                                                                            | 日期 2026 年 10 月 10 日 |

# 单一来源采购专家论证意见

|          |                                                                                                              |                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 苟子性                                                                                                      |                     |
|          | 职称: 高工                                                                                                       |                     |
|          | 工作单位: 河南中岳发展工程技术有限公司                                                                                         |                     |
| 项目信息     | 项目名称: 河南大学淮河医院高清电子胃肠镜采购项目                                                                                    |                     |
|          | 项目金额: 220 万元                                                                                                 |                     |
|          | 供应商名称: 上海英兆实业有限公司                                                                                            |                     |
| 专业人员论证意见 | <p>该院现有奥林巴斯 CV-290 内镜主机, 需配原厂镜, 从医疗器械使用合规性来看, 配原厂镜子合规性无忧, 配其他厂家镜子使得医疗器械合规性方面存在隐患。鉴于此, 建议使用原厂镜, 同意单一来源采购。</p> |                     |
| 专业人员签字   | 苟子性                                                                                                          | 日期 2024 年 10 月 10 日 |