

附件：

单一来源采购专家论证意见

专业人员信息	姓名：	李淑芳
	职称：	高工
	工作单位：	河南省医疗器械检验所
项目信息	项目名称：	河南大学淮河医院联影 uCT550+ CT 球管(不限扫)采购项目
	项目金额：	45 万元
	供应商名称：	上海联影医疗科技股份有限公司
专业人员论证意见	CT是放射类医用设备，球管是其最重要的部件，其它厂家的产品无法配套，也不符合《医用直线加速器使用安全管理规范》中的规定，只能从厂家指定的授权经销商处采购。上海联影医疗器械股份有限公司是唯一供应商，符合《政府采购法》第三十一条第一款的规定，同意按单一来源采购。	
专业人员签字	李淑芳	日期 2020 年 10 月 10 日

单一来源采购专家论证意见

专业人员信息	姓名:	于世明
	职称:	主管技师
	工作单位:	河南省肿瘤医院
项目信息	项目名称:	河南大学淮河医院联影 uCT550+ CT 球管(不限扫)采购项目
	项目金额:	45 万元
	供应商名称:	上海联影医疗科技股份有限公司
专业人员论证意见	该球管为CT配置核心部件球管,其接入CT多层的球管位置、容量大小、射线路对接方式等均需与原设备配套,其品牌产品无法满足上述要求,无法保证对接后达到原厂控制标准,因此不予接受。	
专业人员签字	于世明	日期 2026 年 10 月 10 日

单一来源采购专家论证意见

专业人员信息	姓名:	葛文胜
	职称:	高工
	工作单位:	河南中岳发展工程技术有限公司
项目信息	项目名称:	河南大学淮河医院联影 uCT550+ CT 球管(不限扫)采购项目
	项目金额:	45 万元
	供应商名称:	上海联影医疗科技股份有限公司
专业人员论证意见	该项目中的球管为核心部件,非厂家的球管在体积大小、兼容性等方面可能无法满足使用要求,另外,医疗器械注册的唯一合规性,更换非厂家球管属于改变整机结构及组成,存在合规性与医疗安全风险,鉴于此,建议使用厂家球管,按原一单采购。	
专业人员签字	葛文胜	日期 2026 年 10 月 10 日